

BITRODIAGNÓSTICO FICHA TÉCNICA



PRODUCTO: VCHECK cPL X 10 TEST BIONOTE

MARCA: BIONOTE
PAÍS DE ORIGEN: COREA
REGISTRO AGROCALIDAD: 4D-18412

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Kit para diagnóstico in vitro para la medición cuantitativa de la concentración de lipasa específica del páncreas canino (CLP)

CARACTERÍSTICAS:

- Procedimiento rápido y preciso.
- Muestra: suero
- Rango de medición: 50-2000 ng/ml
- Rangos normales: > 200 ng/ml
- Presentación: 10 pruebas por Kit.
- Tiempo de lectura de 15 minutos.
- Incluye diluyente y puntas
- Temperatura de almacenamiento: 1°- 30°C



1. Extraiga 25µl de la muestra y agregue al tubo de diluyente de ensayo.

2. Mézclelo bien 5-6 veces usando la pipeta desechable de bulbo naranja hasta que la tableta se disuelva.

3. Agregue toda la muestra mezclada en el orificio de muestra del dispositivo de prueba. Lea el resultado después de 5 minutos.