

BITRODIAGNÓSTICO FICHA TÉCNICA



PRODUCTO:
HIV 1/2 CONTROLES GEENIUS

MARCA: BIORAD
PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA

REGISTRO SANITARIO: 7931-DME-0120

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Los controles Geenius™ HIV 1/2 están previstos para la supervisión del rendimiento de sistema del Geenius HIV 1/2 Confirmatory Assay.

CARACTERÍSTICAS:

- El kit debe almacenarse de 2 a 8°C
- Los reactivos pueden usarse hasta la fecha de caducidad una vez abiertos
- Temperatura de procesamiento de 18 a 24°C
- Cada kit contiene 1 control positivo, 1 control negativo y etiquetas de identificación.